



Siedlce, dnia 13 kwietnia 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.32.2017 BK

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.32.2017 na dostawę testów, roztworów i wzorców do przygotowania zawiesiny bakterii do analizatora VITEK 2 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1:

Czy zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczania certyfikatów kontroli jakości wraz z dostawami odczynników, certyfikaty są dostępne na stronie www.mybiomerieux.com, do której laboratorium Zamawiającego ma stały, bezpłatny dostęp?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu kontroli jakości do każdej dostawy. Zamawiający dopuszcza papierową lub elektroniczną formę dokumentów. W przypadku zaoferowania dokumentów w postaci elektronicznej proszę w ofercie zamieścić adres strony internetowej na której znajdują się wymagane dokumenty.



Pytanie 2: do umowy (zał. Nr 4)

§ 6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: do umowy (zał. Nr 4)

§ 8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie faktur VAT dostarczonych do siedziby Zamawiającego bądź przesłanych w formie elektronicznej na adres email:”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up.
lek. wet. Stanisław Tęstrowski
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

