



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.60.2018 – Pakiet 17

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.60.2018** na **dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Pakiet 17: Dostawa i montaż automatycznej stacji robotycznej do izolacji materiału genetycznego.**

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści stację robotyczną do jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych od 1 do 12 prób?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie stacji robotycznej umożliwiającej jednoczesną izolację mniej niż 16 prób w związku z planowaną dużą ilością badanych prób oraz kontroli, które będzie musiał wykonać.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści stację robotyczną wyposażoną w ekran LCD nie dotykowy i czytnik kodów kreskowych, który umożliwia automatyczne załadowanie odpowiedniego protokołu izolacji i tym samym uniknięcie popełnienia błędu wyboru niewłaściwego protokołu.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na specyfikę badań w warunkach PCL 3.



Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stację robotyczną z temperaturą do +70°C? Do przeprowadzenia np. ekstrakcji z bloczków parafinowych wymagana jest temperatura 55°C według procedury producenta urządzenia.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stacji robotycznej, która nie osiąga temperatury powyżej +70 °C. Wyższa temperatura gwarantuje większą wydajność ekstrakcji oraz zapewnia izolację kwasów nukleinowych z różnego materiału.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak

Przebieg

