



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.60.2018 – Pakiet 2

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.60.2018** na **dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Pakiet 2: Dostawa mini wirówek:**

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści mini wirówkę o szerokości 17,1 cm?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie dopuszcza mini wirówki o wymiarach innych niż 14,6 cm +/- 5 % ze względu na dużą ilość montowanego wyposażenia oraz ograniczoną powierzchnię laboratorium PCL 3.

*Mojemu
Branie*

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak
lek. wet. Paweł Jakubczak

