



Siedlce, dnia 27 lipca 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.60.2018 – Pakiet 8

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.60.2018** na **dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - Pakiet 8: Dostawa termocyklerów Real Time PCR:

Pytanie nr 1: Dotyczy rozdziału XVI SIWZ, pakiet 8: Zamawiający zapisał w tabeli „Inne wymagania – Dokumenty dostarczone do dostawy“ „Zamawiający wymaga instrukcji obsługi urządzenia - w języku oryginalnym i polskim.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu w pakiecie 8 tak by brzmiał: „Zamawiający wymaga instrukcji obsługi urządzenia - w języku angielskim lub polskim.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody w związku z różnicami wynikającymi w tłumaczeniach instrukcji obsługi urządzeń oraz z doświadczenia w zakresie obsługi.

Pytanie nr 2: Dotyczy rozdziału XVI SIWZ, pakiet 8: Zamawiający zapisał w tabeli „Opis - Parametry techniczne“ - Wymagania dodatkowe, ustęp 2. „Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – do 36h. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym




Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu w pakiecie 8 tak by brzmiał: „Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – do 72h. ~~Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.~~ Naprawa ma nastąpić w przeciągu 21 dni licząc od daty zgłoszenia”.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Z uwagi na duże ilości wykonywanych badań i czas wydania wyniku klientowi zamawiający nie może dopuścić tak długiego okresu naprawy.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. 
lek. wet. Anna Duras
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


Bofazy

