



, dnia

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
*Paweł Jakubczak*

**Wykonawcy**

**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD.272.80.2018.AB

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.80.2018** na **dostawę materiałów jednorazowych do badań PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie -**

#### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający dla wszystkich wymienionych produktów wymaga dostarczenia przy dostawie następujących dokumentów, Deklaracja zgodności oraz Certyfikat PCR czystości/sterylności. Ze względu na fakt, że są to produkty z tworzyw sztucznych, nie posiadają Deklaracji zgodności, tzw. Declaration of Conformity.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie certyfikatu zgodności, tzw. Certificate of Conformance potwierdzającego, że dany produkt jest certyfikowany i wolny od DNaz i RNaz? Certyfikat taki jest dostępny dla każdego numeru LOT dla każdego z produktów.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentu - certyfikatu zgodności, tzw. Certificate of Conformance potwierdzającego, że dany produkt jest certyfikowany i wolny od DNaz i RNaz.



**Pytanie nr 2:** Dotyczy opis przedmiotu zamówienia poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie probówek niskoprofilowych do PCR o pojemności 200 µl pakowanych po 125 sztuk.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:** Dotyczy opis przedmiotu zamówienia poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieczek do probówek niskoprofilowych do PCR o pojemności 200 µl pakowanych po 125 sztuk.

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4:** Dotyczy opis przedmiotu zamówienia poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z dostawą Deklaracji zgodności, gdyż produkty, które chcemy zaoferować nie są objęte obowiązkiem posiadania takiego dokumentu.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z towarem dokumentacji potwierdzającej spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

**Pytanie nr 5:** Dotyczy opis przedmiotu zamówienia poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie poprzez Certyfikat PCR czystości/sterylności? Czy Zamawiający dopuści produkty posiadające certyfikat potwierdzający, że dany produkt jest wolny od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów?

**Odpowiedź 5:** Zamawiający poprzez Certyfikat PCR czystości/sterylności rozumie certyfikat potwierdzający, że dany produkt jest wolny od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.

Zamawiający dopuszcza produkty posiadające certyfikat potwierdzający, że dany produkt jest wolny od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.

**Pytanie nr 6:** Dotyczy Wzór umowy § 4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody.

