



Siedlce, dnia 14 września 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.84.2018.AB

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.84.2018** na **dostawę testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykonywania badań w kierunku wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi zespołu rozrodczo – oddechowego świń (PRRS) spełniającego wszystkie wymagania zawarte w SIWZ z wyjątkiem koniugatu, który jest w postaci stężonej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem w Rozdziale XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. II. 1. Opis parametry techniczne Zamawiający wymaga, aby koniugat, substrat i stoper były w postaci gotowej do użycia. Zamawiający nie przewiduje rozcieńczania koniugatu, ponieważ generuje to dodatkowe błędy mające wpływ na niepewność wyniku, oraz straty odczynników związane z rozcieńczaniem koniugatu.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak
lek. wet. Paweł Jakubczak

