



## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

**Paweł Jakubczak**

### WYKONAWCY

**- wszyscy -**

Nasz znak: WIW-AD.272.91.2018 – Pakiet 6

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:

**WIW-AD.272.91.2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny**

**Weterynaryjnej w Warszawie: Pakiet 6 - Dostawa lodówek laboratoryjnych:**

**Pytanie nr 1:** Dotyczy: Pakiet nr 6 pozycja 1 Lodówka laboratoryjna. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury od +2 do +10<sup>0</sup> C pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lodówki o zakresie temperatury od +2 do +10<sup>0</sup> C.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII

z up.

*Anna Duras*  
lek. wet. Anna Duras

ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

