



Siedlce, dnia 19 października 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.91.2018 – Pakiet 11

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.91.2018** na **dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - Pakiet 11: Dostawa wagi analitycznej:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o średnicy szalki 90mm oraz z czasem stabilizacji do 3s?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak

Miejscowość
FM

