



Siedlce, dnia 1 kwietnia 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.10.2019

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **WIW-AD.272.10.2019** na **dostawę testów ELISA do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pakiet 3: Dostawa testów ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń:**

Pytanie nr 1: Zgodnie z Wykazem wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii dla celów diagnostyki serologicznej afrykańskiego pomoru świń aktualnie wpisane są 2 zestawy Elisa: produkcji f-my INGENASA- Hiszpania, oraz IDvet-Francja. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII NR GIWPR-02010-18/2018 dot. laboratoryjnej diagnostyki afrykańskiego pomoru świń(ASF) opisuje procedury wykonania badania przy użyciu ww. zestawów. Zgodnie z opisem (opartym na instrukcji wykonania badania) istnieje różnica w ilości próbek, które można zbadać przy użyciu każdego z zestawów: - użycie zestawu f-my INGENASA zawierającego 5 płytek pozwala na zbadanie 230 próbek (nakładanie badanej próbki do 2 dołków płytki); - użycie zestawu f-my IDvet zawierającego 5 płytek pozwala na zbadanie



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110
Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

460 próbek (nakładanie badanych prób do pojedynczych dołków). To przekłada się na różnicę kosztów badania jednostkowej próbki. Koszt badania pojedynczej próbki jest dwukrotnie wyższy w przypadku użycia zestawu f-my INGENASA. W związku z powyższym zestawy te nie są równoważne ze względu na ilość próbek, które można przebadać przy ich użyciu. Przyjęcie w opisie specyfikacji przetargowej jednostki miary, jaką jest próbka- zamiast zestaw – pozwoli na jednoznaczne porównanie przedstawianych ofert. Wnosimy o rozważenie zmiany jednostki miary celem zapewnienia równoważności ofert.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z najnowszą wiedzą zamawiającego oba zestawy umożliwiają wykonanie takiej samej ilości oznaczeń. W związku z powyższym oba zestawy są porównywalne.


WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARI
lek. wet. Paweł Jakubczak



