



Siedlce, dnia 26 czerwca 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.42.2019.PP

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.42.2019 na dostawę i montaż komory laminarnej nastołowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – komora z pionowym przepływem powietrza: Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o szerokości zewnętrznej 719mm i wewnętrznej 688mm?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający oczekuje zaoferowania w ofercie komory laminarnej nastołowej o szerokości nie większej niż 650 mm.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak

