



Siedlce, dnia 5 sierpnia 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- **Wszyscy** -

Nasz znak: WIW-AD.272.50.2019 – Pakiet 3

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy

WIW-AD.272.50.2019 na **dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - Pakiet 3: Dostawa końcówek do pipet oraz końcówek z filtrem do pipet:

Pytanie nr 1: W pakiecie nr 3, poz. nr 4 – prosicie o wycenę końcówek do pipet o poj. 1000-5000ul pasujące do pipety firmy HTL w opakowaniach a 200 szt. Oryginalne końcówki o tej pojemności pakowane są w worki a 150 szt. lub a 250szt., proszę o informację czy w związku z tym akceptują Państwo zaoferowanie innych wielkości opakowań.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza, że omyłkowo wpisał wielkość opakowania dla poz. nr 4 w Pakiecie 3. Prawidłowa wielkość opakowania to 250szt. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110
Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **WIW-AD.272.50.2018** na **dostawę końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - Pakiet 3: Dostawa końcówek do pipet oraz końcówek z filtrem do pipet.

Zapisy Rozdziału XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pakiet: 3 – Dostawa końcówek do pipet oraz końcówek z filtrem do pipet, lp. 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią **Załącznika nr 1** do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. *Anna Durgas*
lek. wet. Anna Durgas
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII



Załącznik nr 1
do Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

Pakiet 5: Dostawa końcówek do pipet oraz końcówek z filtrem do pipet:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania - dokumenty do dostawy:
4.	Końcówki o poj. 1000 – 5000µl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ultra gładka powierzchnia końcówki wykonanej z czystego polipropylenu najwyższej jakości zapewniające całkowite wydanie cieczy z końcówki, 2. Wyprofilowany, wydłużony kształt końcówki ułatwiający prawidłowe uszczelnianie się końcówki na trzonie pipety, 3. Niesterylne, 4. Projektowane, produkowane i dostarczane zgodnie z ISO 9001, 5. Typ końcówki: makro, 6. Pakowana w torby. 7. Dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami HTL. 	25 op.	250 szt.	op.	Min. 24 miesiące od dnia dostawy	1. Certyfikat kontroli partii.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl