



Siedlce, dnia 12 września 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.57.2019 BK

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.57.2019 na dostawę kolumnienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Dot. Pakietu nr 1 poz. 2,3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolumnienek o poniższej specyfikacji:

Poz. 2:

Kolumnienki C18 500mg / 3ml

Średnia średnica cząsteczki 47 - 60 um

Rozmiar porów 60A

Węgiel 18,1%

Pokrycie powierzchni, um/m² w oparciu o % węgla 320-350

Pozostałość ekstrakcyjna max 0,2%

Kolumnienki współpracujące z zestawem SPE Baker do oczyszczania matrycy

Poz. 3

Kolumnienki NH2 500mg / 3ml

Średnia średnica cząsteczki 47 - 60 um

Rozmiar porów 60A



Węgiel 6%

Pozostałość ekstrakcyjna max 0,2%

Powierzchnia złoża 537 m²/g

Kolumnienki współpracujące z zestawem SPE Baker do oczyszczania matrycy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. *Anna Duras*
leż. wet. Anna Duras
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

