



Siedlce, dnia 30 października 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.78.2019 – Pakiet 2

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **WIW-AD.272.10.2019** na **dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania wirusa ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pakiet 2: Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików:**

Pytanie nr 1: Czy mieszanina reakcyjna przygotowania z kilku (2 - 4) składników w postaci liofilizowanej lub zamrożonej i zawartych w oddzielnych fiolkach oraz wymagająca ich połączenia (przed dodaniem badanej próbki) spełnia wymóg sformułowany przez Zamawiającego zapisy w Rozdziale XVI SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu 2: „Mieszanina reakcyjna gotowa do użycia”.

Odpowiedź nr 1: Mieszanina reakcyjna przygotowana z kilku (2-4) składników w postaci liofilizowanej lub zamrożonej i zawartych w oddzielnych fiolkach oraz wymagająca ich połączenia (przed dodaniem badanej próbki) nie spełnia wymogu ze względu na dużą ilość wykonywanych badań, czas przygotowania mieszaniny



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110
Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

oraz wprowadza dodatkowe ryzyko kontaminacji na etapie przygotowania odczynników.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. *Anna Duraj*
lek. wet. Anna Duraj
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Majch
AA

