



Siedlce, dnia 5 grudnia 2019 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

**Paweł Jakubczak**

**WYKONAWCY**

**-wszyscy-**

Nasz znak: WIW-AD.272.76.2019.AI

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

### **Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIW-AD.272.76.2019 na dostawę Końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, Pakiet nr 4 Dostawa końcówek do pipet:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy pozycji 2: Końcówki o poj. 0,5-200 µl, współpracujące z pipetami jednokałowymi PROLINE firmy BIOHIT, pakowane luzem po 1000 sztuk. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych luzem po 960 sztuk? Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, końcówki pakowane po 1000 sztuk zostały wycofane.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wymaga końcówek o poj. 0,5-200 µl, współpracujących z pipetami jednokałowymi PROLINE firmy BIOHIT, pakowanych luzem po 960 sztuk, stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: [wiw@wiw.mazowsze.pl](mailto:wiw@wiw.mazowsze.pl), [wiw.mazowsze.pl](http://wiw.mazowsze.pl)

udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.76.2019 na dostawę Końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zapisy Rozdziału XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
z up. *Anna Duras*  
lekarz wet. Anna Duras  
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

*Handwritten signature in blue ink.*



**ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

**Pakiet 4: Dostawa końcówek do pipet.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania – dokumenty do dostawy
1.	Końcówki o poj. 0,5-200 µl	<p>Końcówki do PCR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres od 0,5-200 µl,</li> <li>- długość 51mm (±5%),</li> <li>- niesterylne,</li> <li>- pakowane luzem,</li> <li>- dostarczone końcówki powinny gwarantować poprawną współpracę z pipetami jednokanałowymi PROLINE firmy BIOHIT.</li> </ul>	25	a' 960 szt.	zestaw	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy	<p>Dokumenty dołączone do oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenie Producenta, że końcówki w połączeniu z posiadaną przez Zamawiającego pipetą umożliwiają uzyskanie wymaganej nie precyzji i niedokładności wyznaczonej zgodnie z normą PN EN ISO8655-2.</li> </ul>



					Oświadczenie jest wymagane w przypadku, gdy producentem zaferowanych końcówek nie jest producent pipety.
--	--	--	--	--	--

\*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok” nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2019 rok

\_\_\_\_\_  
*(podpis osób wskazanych w dokumencie  
 uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym  
 lub posiadającym pełnomocnictwo)*

