



Siedlce, dnia 6 grudnia 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.107.2019

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nr sprawy WIW-AD.272.107.2019 na dostawę i montaż myjki ultradźwiękowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.**

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o:

- gabarytach zewnętrznych (dł x szer x wys): 365 x 278 x 264 mm
- mocy ultradźwięków 600 W (zamiast 640 W)
- częstotliwość: 37 kHz (zamiast 35 kHz)
- ilości przetworników: 3 (zamiast 4)
- zakres regulacji temperatury: 30 -80 (zamiast 20-80) °C
- odpływ: 3/8 " (zamiast G 1/2), przy czym wszystkie pozostałe parametry zostają spełnione.

Jeśli Zamawiający nie dopuści powyższego urządzenia do przetargu, prosimy o podanie przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje od Wykonawców zaoferowania myjki ultradźwiękowej o parametrach technicznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazane w pytaniu



parametry techniczne (jakościowe) urządzenia są odmienne niż Zamawiający wymaga w treści SIWZ. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ gwarantuje zarówno porównywalność ofert jak i możliwość stosunkowo łatwej weryfikacji zgodności złożonych ofert ze specyfikacją.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARIII
lek. wet. Paweł Jakubczak

