



Siedlce, dnia 02 kwietnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy

wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.16.2020

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.16.2020 na dostawę zestawów oraz testów do wykrywania i izolacji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Rozdział XVI SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr: 1 pkt. g. określa temperaturę przechowywania zestawu w zakresie od +15° do +25°C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw, który posiada zwalidowaną temperaturę przechowywania: +18° do +26°C ?

Odpowiedź 1: Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania postawione przez Zamawiającego dotyczące temperatury przechowywania zestawu: od +15° C do 25° C umożliwiają właściwe postępowanie w procesie przechowywania w temp. +18° do +26°C bez wpływu na jakość/właściwości zestawu.

Pytanie 2: Pakiet nr 3 – Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń oraz dzików. Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego wykrycie DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv), w którym docelowy gen jest wykrywany w kanale VIC?



Odpowiedź 2: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga aby gen docelowy był wykrywany w kanale FAM.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. *Anna Duras*
lek. wet. Anna Duras
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

