



Siedlce, dnia 9 czerwca 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.54.2020

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.54.2020 na dostawę materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1: Pakiet nr 1 - Na materiały zużywalne wymienione w punktach 1, 2, 3 i 6 nie udzielamy gwarancji innej, niż gwarancja instalacyjna tzn. jeżeli w momencie instalacji okaże się, że przedmiot jest wadliwy możemy wymienić na nowy. Na materiały wymienione w punktach 4 i 5 możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza taką ofertę?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dot. Rozdział XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Pakiecie nr 8 - Dostawa materiałów zużywalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6 wymaga minimalnego terminu gwarancji: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Materiały zużywalne nie podlegają gwarancji, w związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego terminu gwarancji na gwarancję rozruchową w okresie 1 miesiąca od dnia dostawy.



Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganego terminu gwarancji na gwarancję rozruchową w okresie 1 miesiąca od dnia dostawy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż przez termin gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) rozumie jako okres przechowywania tych materiałów, w czasie którego ich parametry nie ulegną zmianie.

Pytanie 3: Zamawiający w Pakiecie nr 8 - Dostawa materiałów zużywalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6 wymaga certyfikatu jakości produktu. Zwracamy się z prośbą o zniesienie wymagania dostarczenia certyfikatu jakości produktu dla części zużywalnych.

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę jedynie w przypadku kiedy producent nie przewiduje tego typu certyfikatu. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4: Dotyczy: Rozdział XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 2 i 7. Czy Zamawiający jako termin gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) rozumie okres przechowywania tych materiałów, w czasie którego ich parametry nie ulegną zmianie? Podkreślamy, że wymóg gwarancji dotyczy materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania.

Odpowiedź 4: Zamawiający wyjaśnia iż przez termin gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) rozumie jako okres przechowywania tych materiałów, w czasie którego ich parametry nie ulegną zmianie.

Pytanie 5: Dotyczy: Rozdział XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 2 i 7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu jakości dla części eksploatacyjnej w przypadku kiedy Producent nie przewiduje tego typu certyfikatu?

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6: Dotyczy: Rozdział XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 7 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opak. uszczelek do



pompy płuczającej do spektrometru AA Hitachi (tzw. syringe set) składającego się z 5 szt. uszczelek (nr kat. zestawu 171-0837)?

Odpowiedź 6: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany:

- 1) Treści Rozdziału XVI SIWZ w części Pakiet nr 2 (Dostawa kuwet grafitowych), zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.
- 2) Treści Rozdziału XVI SIWZ w części Pakiet nr 7 (Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof), zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego pisma.
- 3) Treści Rozdziału XVI SIWZ w części Pakiet nr 8 (Dostawa materiałów zużywalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6), zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszego pisma.
- 4) Treści Załącznika nr 5 do SIWZ (specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia) w części Pakiet nr 7 (Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof), tabela lp. 11, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszego pisma.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Paweł Jakubczak

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl



ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących właściwościach i parametrach technicznych

Pakiet nr 2 - Dostawa kuwet grafitowych.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
1.	Kuwety grafitowe Pyro Tube C II HR producenta Hitachi High-Technologies Corporation nr kat. 7J1-8540, do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	- kuwety grafitowe pirolityczne, - pasujące do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000.	2 op.	10 szt.	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)

*Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o takich samych parametrach technicznych i jakościowych jak produkt oryginalny producenta. Oferowany przez Wykonawcę produkt równoważny musi umożliwiać uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego, tj. prawidłową pracę urządzenia oraz uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań w założonych granicach oznaczeń, tak jak w przypadku zastosowania oryginalnych produktów. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie oświadczenia producenta Hitachi High-Technologies Corporation.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących właściwościach i parametrach technicznych

Pakiet nr 7 - Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
1	Kuwety grafitowe Pyro Tube C II HR producenta Hitachi High-Technologies Corporation nr kat. 7J1-8540, do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	<ul style="list-style-type: none"> - kuwety grafitowe pirolityczne, - pasujące do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000 	1 op.	10 szt.	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
2	Naczynka polipropylenowe na próbki producenta Hitachi High-Technologies Corporation nr kat. 190/1057, do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	<ul style="list-style-type: none"> - naczynka stożkowe PS 2 ml do autosamplera, - zbudowane z polipropylenu, - pasujące do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000, 	1 op.	1000 szt.	op.	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

3	Lampa z katodą niekodowana wnątkowa pasująca do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi do oznaczenia arsenu As Nr kat. 001-6103. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	Lampa powinna być/mieć: - jednopierwiastkowa, - niekodowana, - zdolność wysokiej emisji, - z bardzo niskim poziomem szumów, - ze znakomitą stabilnością i długą żywotnością, - autoryzację producenta aparatu	3 szt.	-	sztuka	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
4	Uszczelki do milistrzykawki do spektrometru AA firmy Hitachi High – Tech. Nr kat. 716-2721. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	- uszczelki do milistrzykawki, - pasujące do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High- Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000	4 szt.	-	sztuka	Minimum 6 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
5	Kontakty grafitowe do spektrometru AA Hitachi High – Tech. Nr kat. 7J1-8900. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	- kontakty grafitowe, opak. 4 szt. - pasujące do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High- Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000	1 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
6	Iglę nastrzykową do pieca grafitowego spektrometru Hitachi High – Tech. Nr kat. 7JO-8863. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	- igła nastrzykowa do pieca grafitowego - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiv@wiv.mazowsze.pl, wiv.mazowsze.pl

		Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000					tego rodzaju certyfikat)
7	Capillary Tube Set do spektrometru AA Hitachi High – Tech. Numer katalogowy 2007 -0160. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	- capillary tube set - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
8	Naczynia DAK-100/4 do ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego firmy Berghof Products. Część składowa, zużywalna ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego – lub równoważny*	-Naczynie do DAK-100 z OPC - składające się z głowicy z kontrolą ciśnienia, naczynia dolnego, dysku bezpieczeństwa, pokrywki z TFM, osłony ceramicznej, wkładu z TFM - Pojemność 100 ml, maksymalne ciśnienie do 100 bar	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
9	Filtr polaryzacyjny do czujnika ciśnienia o nr kat. 5304071 do ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego firmy Berghof Products+ model Speedwave Four. Część składowa ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego – lub równoważny*.	- z materiału polaryzującego, - odporna na ciśnienie, - odporna na temperaturę, - pasująca do mineralizatora mikrofalowego firmy Berghof Products	3 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

10	Tuleja do DAK-100/4 nr kat. 5303284 do ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego firmy Berghof Products. Część składowa, zużywalna ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego – lub równoważny*	Tuleja ceramiczna pasująca do naczyń typu DAK-100, - odporna na temperaturę, - pasująca do mineralizatora mikrofalowego firmy Berghof Products	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
11	Uszczelka do pompy płuczającej do spektrometru AA Hitachi – Tech. Nr kat. 736-4428 lub nr kat. zestawu 171-0837. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	Uszczelka do pompy płuczającej - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High- Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000	op.	op. a'5 szt.	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)

**Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o takich samych parametrach technicznych i jakościowych jak produkt oryginalny producenta urządzenia. Oferowany przez Wykonawcę produkt równoważny i jego instalacja musi umożliwiać uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego, tj. prawidłową pracę urządzenia oraz uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań w założonych granicach oznaczeń tak jak w przypadku zastosowania oryginalnych produktów producenta urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dołączenia oświadczenia producenta urządzenia Hitachi i Berghof.*



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów używalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących właściwościach i parametrach technicznych

Pakiet nr 8 - Dostawa materiałów używalnych do analizatora rtęci AMA 254 oraz spektrometru absorpcji atomowej Solaar M6.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
1.	Tuba katalityczna część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat. 875000260 lub równoważny*.	Pasująca do analizatora rtęci AMA 254,	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
2.	Amalgamator - część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875000521 lub równoważny*.	Pasujący do analizatora rtęci AMA 254,	2 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
3.	Uszczelka silikonowa bloku podajnika – część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat	Pasująca do analizatora rtęci AMA 254,	5 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

	875000380 lub równoważny*.						producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
4.	Łącznik amalgamatora - część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875000381 lub równoważny*.	Pasujący do analizatora rtęci AMA 254,	5 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
5.	Uszczelka amalgamatora - część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875000383 lub równoważny*.	Pasująca do analizatora rtęci AMA 254,	4 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
6	Spoiler ze stali nierdzewnej część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875000231 lub równoważny*.	Pasujący do analizatora rtęci AMA 254, - ze stali nierdzewnej	3 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
7	Łódeczki niklowe duże - część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875001181 lub równoważny*.	Pasujące do analizatora rtęci AMA 254, - zbudowane z niklu,	60 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

							tego rodzaju certyfikat)
8	Uchwyt na łódeczkę niklową dużą część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat 875001180 lub równoważny*.	Pasujący do dużych łódeczek niklowych, - pasujące do analizatora rtęci AMA 254,	5 szt.	-	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)
9	Kuwety grafitowe ELC pirolityczne powlekane o przedłużonej trwałości - część składowa analizatora rtęci AMA 254 firmy Spectro-lab nr kat. 942339395041	Kuwety ELC pirolitycznie powlekane o przedłużonej trwałości. Umożliwiają wykonanie ponad 4000 analiz Mn w wodzie na jednej rurce grafitowej	1 op.	10 szt.	Opakowanie	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)

* Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o takich samych parametrach technicznych i jakościowych jak produkt oryginalny producenta urządzenia. Oferowany przez Wykonawcę produkt równoważny i jego instalacja musi umożliwiać uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego tj. prawidłową pracę urządzenia oraz uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań w założonych granicach oznaczeń tak jak w przypadku zastosowania oryginalnych produktów producenta urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dotychczasowe oświadczenia producenta urządzenia Spectro-lab.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Nr sprawy: WIW-AD.272.54.2020

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów używalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Pakiet nr 7 - Dostawa materiałów używalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof.

Parametry Zamawiającego		Oferowane przez Wykonawcę parametry*			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Producent, numer katalogowy
11	Uszczelka do pompy płuczającej do spektrometru AA Hitachi – Tech. Nr kat. 736-4428 lub nr kat. zestawu 171-0837. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	Uszczelka do pompy płuczającej - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000			



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl