



Siedlce, dnia 3 sierpnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- **wszyscy** -

Nasz znak:

WIW-AD.272.82.2020 – Pakiet 2

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.82.2020** na **dostawę zamrażarek oraz chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** - Pakiet 2: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych o pojemności 620 litrów:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną bez oświetlenia wewnętrznego, spełniająca wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści chłodziarki laboratoryjnej bez oświetlenia wewnętrznego. Oświetlenie wewnętrzne jest niezbędne do szybkiego identyfikowania materiału pozostawionego w warunkach chłodniczych i zapobiega przed pomyłką. Obecność wewnętrznego oświetlenia usprawnia pracę pracownikom, którzy noszą okulary korekcyjne.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. 
lek. wet. Anna Duras
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, www.wiw.mazowsze.pl