



Siedlce, dnia 5 sierpnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

WYKONAWCY

- wszyscy -

Nasz znak:

WIW-AD.272.84.2020

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.84.2020** na **dostawę próbek filtracyjnych, sączków filtracyjnych, filtrów membranowych, chusteczek bibułowych, krążków bibułowych, wymazówek, czyściwa bezpyłowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

Pytanie 1: Czy zamawiający w punkcie 5 dopuszcza możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 13 mm, zamiast 12,7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 13 mm.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający w punkcie 7,8,9 dopuszcza możliwość zamówienia walek filtracyjnych o pojemności max. 0,4 ml? Jednocześnie pragniemy dodać iż objętość martwa to tylko 0,05 ml (50 ul) pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. 
dr. wet. Anna Durak
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, www.wiw.mazowsze.pl