



Siedlce, dnia 7 sierpnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.83.2020

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.83.2020 na dostawę materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: Dotyczy: Rozdział XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 4 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opak. uszczelek do pompy płuczającej do spektrometru AA Hitachi (tzw. syringe set) składającego się z 5 szt. uszczelek (nr kat. zestawu 171-0837)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowna zmiana zostanie naniesiona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany:


- 1) Treści Rozdziału XVI SIWZ w części Pakiet nr 4 (Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz



mineralizatora mikrofalowego Berghof) tabela lp. 11, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

- 2) Treści Załącznika nr 5 do SIWZ (specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia) w części Pakiet nr 4 (Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof), tabela lp. 11, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
z up. 
leż. wet. Anna Duras
ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII



ROZDZIAŁ XVI SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów używalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących właściwościach i parametrach technicznych

Pakiet nr 4 - Dostawa materiałów używalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania
11	Uszczelka do pompy płuczającej do spektrometru AA Hitachi – Tech. Nr kat. 736-4428 lub nr kat. zestawu 171-0837. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	Uszczelka do pompy płuczającej - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High- Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000	op.	op. a'5 szt.	sztuka	Minimum 12 miesięcy od dnia dostawy	Certyfikat jakości produktu (w przypadku kiedy producent przewiduje tego rodzaju certyfikat)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiv.mazowsze.pl

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Pakiet nr 4 - Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z-2000 oraz mineralizatora mikrofalowego Berghof.

Parametry Zamawiającego		Oferowane przez Wykonawcę parametry*			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Producent, numer katalogowy
11	Uszczelka do pompy płuczącej do spektrometru AA Hitachi – Tech. Nr kat. 736-4428 lub nr kat. zestawu 171-0837. Część składowa spektrometru – lub równoważny*.	Uszczelka do pompy płuczącej - pasująca do spektrometru absorpcji atomowej firmy Hitachi High-Technologies Corporation model ASA HITACHI Z-2000			



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlice

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl