



Siedlce, dnia 14 sierpnia 2020 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Jakubczak**

### WYWKONAWCY

- **wszyscy** -

Nasz znak:

WIW-AD.272.84.2020

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.84.2020** na **dostawę próbek filtracyjnych, sączków filtracyjnych, filtrów membranowych, chusteczek bibułowych, kraczków bibułowych, wymazówek, czyściwa bezpyłowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 pałeczkę wymazową o średnicy główki 5 mm?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pałeczki wymazowej o średnicy główki 5 mm.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII,  
*lek. wet. Paweł Jakubczak*

