

Siedlce, dnia 13 marca 2013 r.

Nr sprawy: WIW.AD.I.272.10.2013

## Wykonawcy

**wszyscy**

Działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.10.2013 na płytek odciskowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

**Pytanie:** Czy zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaoferowanie płytek o poniższym składzie:

- Trzuskowy hydrolizat kazeiny 15.0
- Papainowy hydrolizat soi 5.0
- Chlorek sodu 5.0
- Agar 15.0
- Tween 80 0.30
- Lecytyna 0.03
- Tiosiarczan sodu 0.08
- L-Histydyna 0,01
- Wodorofosforan sodu 0.40
- Końcowe pH = 7.3 ± 0.2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



Sporządził: Piotr Pośrednik – Kierownik zespołu ds. administracyjnych  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach  
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce  
tel. 25/ 63 264 59 w 32, fax 25/ 640 70 87